



مطالعه نفوذپذیری در بسترهای ساکن و سیال

RB 254

توضیحات:

این دستگاه برای اندازه گیری نفوذپذیری یک سیال مایع در بستر ساکن از ذرات جامد طراحی شده است. دستگاه RB 254 همچنین میتواند در مطالعات فیلتراسیون آب و فاضلاب در بستر متخلخل مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات:

- پمپ آب با قابلیت تنظیم دبی
- سیستم محاسبه اختلاف فشار دو سر ستون ها
- سیستم تنظیم و محاسبه دبی هوای ورودی به ستون
- کمپرسور هوا
- ستون انجام آزمایش
- بسترهای متخلخل
- تابلو برق
- دفترچه راهنما
- فیلم آموزشی بصورت CD
- یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

※ جهت اطلاع از آخرین مشخصات فنی و تصاویر این محصول، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

آزمایش های قابل انجام

۱. اندازه گیری افت فشار ناشی از جریان سیال در بستر
۲. بررسی خواص بستر سیال توسط مایعات
۳. اندازه گیری نفوذپذیری بسترهای جامد

شرایط محیطی:

- برق تک فاز
- دمای مطلوب ۳۰-۱۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت ۸۰٪-۱۵٪

ابعاد دستگاه (L*W*H) mm: ۱۳۰۰×۴۵۰×۷۰۰

وزن دستگاه (kg): ۴۰

www.radmansanatco.com