



بررسی جریان افقی از مخزن

RF 385

توضیحات:

زمانی که سیالی از میان یک روزنه عبور می نماید، دبی واقعی آن متفاوت از دبی به دست آمده از روابط تئوری است. این اختلاف نه تنها به واسطه افت انرژی بلکه بیشتر به واسطه انقباض سطح مقطع جریان می باشد. این دستگاه از یک مخزن استوانه ای شفاف تشکیل شده است. صفحات اریفیس دارای قطر روزنه های متفاوت می باشند و برای انجام آزمایش می توان هر کدام از این صفحات را روی دستگاه نصب کرد. با تنظیم سرریز می توان به بررسی مسیر جت در هدهای متفاوت پرداخت.

مشخصات:

- مخزن شفاف از جنس پلکسی گلاس
- سرریز قابل تنظیم
- سطح سنج نقطه ای با میله های متحرک
- مدل ها با قطر متفاوت
- سیستم تامین آب
- استراکچر از جنس کربن استیل
- فیلم آموزشی بصورت CD
- دفترچه راهنما
- یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

*جهت اطلاع از آخرین مشخصات فنی و تصاویر این محصول، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

آزمایش های قابل انجام

۱. بررسی منحنی جت آب در روزنه های متفاوت
۲. بررسی آزمایش ها در دبی و ارتفاع های متفاوت

شرایط محیطی:

- برق تک فاز
- آب مقطر
- دمای مطلوب ۳۰-۱۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت ۸۰٪-۱۵٪



ابعاد دستگاه (L*W*H) mm: ۸۰۰×۸۰۰×۷۵۰

وزن دستگاه (kg): ۴۰

www.radmansanatco.com